

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" 124/12, 14/15, 68/15) u postupku javne nabavke male vrednosti br. JNMV 07/17, pitanja i odgovore objavljujemo na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca JP "Skijališta Srbije"

JNMV 07/17
SITAN INVENTAR

PITANJA I ODGOVORI
BR. 1 – 21.03.2017.

Pitanje potencijalnog ponuđača:

Po javnoj nabavci br. JNMV 07/17 na poziciji 2 u delu specifikacije za Kopaonik tražite multimetar Fluke, kako Fluke ima više desetina modela multimetara, molim vas da se konkretnije izjasnite kakav multimetar je potreban.

Odgovor na pitanje:

FLUKE 179/MAG2 ILI ODGOVARAJUĆI

- Profesionalni True RMS multimetar za industrijsko održavanje.
- Automatski/ručni izbor mernoga područja
- Velik, osvetljen LCD display sa analognim prikazom I 6000-mestni prikaz
- Merenje otpornosti, frekvencije, kapacitivnosti i temperature kao i test neprekidnosti i diode
- Snimanje MIN/MAX/AVG vrednosti, DISPLAY HOLD i AUTO HOLD funkcija
- Filtriranje ulaznog signala za lakše merenje brzo promenljivih vrednosti
- AUTO POWER OFF funkcija, indikator ispražnjenosti baterije
- Poseban poklopac za menjanje baterije, mogućnost "closed case" kalibracije
- Kompaktno, robusno i sigurno kućište sa integrisanim zaštitnim gumenim okvirom
- CAT III 1000V/CAT IV 600V sigurnosni standard
- Napon DC – 1000 V ; Tačnost $\pm(0.09\% + 2)$; Rezolucija 0.1 mV
- Napon AC-- 1000 V; Tačnost $\pm(1.0\% + 3)$; Rezolucija 0.1 mV
- Struja DC -10 A; Tačnost $\pm(1.0\% + 3)$;Rezolucija 0.01 mA
- Struja AC - 10 A ; Tačnost $\pm(1.5\% + 3)$; Rezolucija 0.01 mA
- Otpor - 50 M Ω ; Tačnost $\pm(0.9\% + 1)$; Rezolucija 0.1 Ω
- Kapacitivnost - 10,000 μ F; Tačnost $\pm(1.2\% + 2)$; Rezolucija 1 nF
- Frekvencija- 100 kHz; Tačnost $\pm(0.1\% + 1)$; Rezolucija 0.01 Hz
- Temperatura - -40°C / 400°C, Tačnost $\pm(1.0\% + 10)$; Rezolucija 0.1°C
- Kategorija : EN 61010–1 to 1000 V CAT III
- EN 61010–1 to 600 V CAT IV
- Dimenzije : 45 x 95 x 190 mm
- Težina Max :420 g
- Komplet treba da sadrži: Fluke 179 multimetar, merni kablovi (crvena + crna), merni nastavci, meka torba, magnetni držač, aligatorke, Mini Maglite baterijska lampa, K-tip temperaturna sonda, 9V baterija, uputstvo za upotrebu.

Pitanja i odgovori su sastavni deo konkursne dokumentacije.